


# ACCESSORI DI MISURA



Gammas	Valeur d'ajustage	Ecart Max	Ecart mesuré	Tolérance (%)
Offset V <sub>r</sub>	0.0000	non ajusté		
100...mVdc+	90.000	non ajusté		
100...mVdc-	90.000	non ajusté		
1000...mVdc+	900.00	0.7202	-0.0300	4.36
1000...mVdc-	-900.00	0.7202	0.0000	0.00

Erreur: Tolérance (%) indique l'erreur sur la tolérance générale du MTX  
so l'erreur d'ajustage est 4.36 % de la tolérance max.

HX0056-Z: Software di calibrazione multimetri MTX